

COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP

São José/SC, 26 de junho de 2017.

À
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GASPAR/FMS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
EXECUTIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Ilma. Sr (a) Pregoeiro (a).

Ref.: Processo Administrativo 102/2017.

Pregão Presencial No. 049/2017

Item: (0196).

A **QUALYMEDIC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o Número 10.763.524/0001-98, localizada em São José/SC, na Rua Antônio Schroeder, n. 960, Loja 03, Bairro Bela Vista, com interesse em participar do Item (0196), do referido Pregão, que tem como objeto a aquisição de materiais ambulatoriais conforme Anexo I e II. Vem por meio desta informar e esclarecer:

Solicita o Item (0196) do referido Edital:

Autoclave de 21 Litros para esterilização de materiais utilizados em pequenos procedimentos cirúrgicos.

Rua: Antônio Schroeder, 960 - sala 03 - Edifício Javi - Bela Vista II - São José/SC

Cep: 88.110-401 - Fone/Fax: (048) 3346.64.97

e-mail: qualymedic@terra.com.br

CNPJ: 10.763.524/0001-98 - Inscrição Estadual: 255.861.370



COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP

Como pode ser verificado por esta dita e conceituada comissão de licitação, todos os itens do referido edital constam suas especificações claras e de fácil interpretação o que não acontece com o item (0196) citado acima.

Com a especificação simples acima, existem algumas autoclaves no mercado que não trazem a segurança devida, são analógicas e não digital, trazendo assim má qualidade nos parâmetros de esterilização bem como sua confiabilidade, entre outros requisitos que não possuem.

Para uma boa autoclave o FMS deve enviar uma especificação para que as empresas saibam o que vão cotar, onde devemos levar em conta a qualidade da esterilização e a segurança do operadores pois uma autoclave dependendo do fabricante pode chegar até 2kf/cm².

Portanto da nossa parte enviamos este em forma de RECURSO contra o item, por não possuir especificação adequada para o referido certame, solicitando desde já a reformulação do mesmo, necessitando de uma nova publicação deste item.

Segue abaixo uma especificação básica para que tenham ideia da composição de uma autoclave deste porte:



COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP


AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS

Autoclave horizontal de mesa, com volume de 21 litros, automática, micro processada, teclado de membrana e display alfanumérico com indicação temperatura, ciclo selecionado e alarmes. Painel digital com teclas de seleção e de partida de acordo com o tipo de material a ser esterilizado. Esterilização através de vapor saturado de água, com aquecimento elétrico através de resistência. Câmara interna cilíndrica construída em aço inox AISI 304L de acordo com a norma ASME seção VIII Div. 1, espessura de 1,98 mm acabamento em polimento sanitário, envolvido com manta isolante térmica de lã cerâmica, revestido com gabinete em aço carbono e acabamento de fundo anticorrosivo, pintura a base de resina em epóxi. Apoiado sobre pés reguláveis em borracha para estabilidade. Com 01 (uma) porta de fechamento por manípulo com trava de duplo estágio, com perfeito sistema de vedação durante o ciclo. Sensor de porta, impedindo o uso com a porta aberta. Possui no mínimo 9 ciclos programados de esterilização com temperatura de 121°C, 127° e 134°C e ciclo extra de secagem. Secagem automática com porta fechada. Possui 7 (sete) níveis de alarme de falhas de operação. 03 bandejas removíveis construídas em aço inoxidável. Equipada com: Manômetro, e Sensor PT 100 para monitoração da temperatura e visualização da pressão no interior da câmara. Chave geral para ligar e desligar a autoclave. Com sistema de segurança para liberação de excesso de pressão interna. Tubulações em silicone com conexões construídas em latão. Com válvula solenóide em latão usinado tipo cilíndrico. Com válvula de segurança construída em latão, para controle do excesso de pressão no interior da câmara. Mangueira de silicone para drenagem já instalada no equipamento, pronto para uso. Potência de no mínimo de 1.100 Watts. Alimentação elétrica de 220 ou 110 V, de acordo com a região a ser instalada. Cabo de alimentação modelo (2P+T). Dimensões aproximadas da câmara interna de 304mm de diâmetro x 320mm de profundidade. Peso aproximado de 38 kg. Garantia de no mínimo 12 meses. Acompanha 1 (um) copo graduado e manual de instruções.

Deverá possuir registro no M.S. e Boas Práticas de Fabricação. Deverá ser construída conforme normas vigentes. Deverá ser realizado treinamento IN-LOCO aos operadores.

Entendemos que este recurso leva em consideração que autoclaves com o mínimo de segurança possível e má qualidade na esterilização, não venham a participarem de um futuro certame para aquisição destas autoclaves licitadas.





COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP

Para evidenciar a qualidade do produto que vocês estão necessitando e pelas especificações do edital, há necessidade da reformulação sim do referido item, pois comprar uma autoclave básica sem nenhum tipo de qualidade exigível, virá contra com os princípios da segurança de todos que irão trabalhar com um equipamento de alta pressão.


Por fim e de forma respeitosa, esta empresa vem requer o contido neste RECURSO como forma de obterem um produto com um mínimo de qualidade e segurança possível.

Sendo o que se apresentava para o momento, reiteramos os protestos de estima e consideração.

Nestes Termos.

E. Deferimento.

Atenciosamente,


RENATO CARDOSO

PROCURADOR

QUALYMEDIC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

CNPJ/MF n. 10.763.524/0001-98

048-988420069 - 048-32581554 - 048-32466713

Rua: Antônio Schroeder, 960 - sala 03 - Edifício Javi - Bela Vista II - São José/SC

Cep: 88.110-401 - Fone/Fax: (048) 3346.64.97

e-mail: qualy medic@terra.com.br

CNPJ: 10.763.524/0001-98 - Inscrição Estadual: 255.861.370