

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 11.436.906/0001-70


LICITAÇÃO Nº
49 / 2017
PG. 1606

**Técnico - Análise das Amostras do Registro de Preços para Futuras Aquisições de
Materiais Médico Ambulatoriais.
Pregão presencial nº 49/2017**

Tendo em vista a apresentação das amostras das empresas licitantes, informo que os seguintes produtos cotados pelos mesmos, foram CLASSIFICADOS, por atenderem as exigências do Edital, conforme relação abaixo:

Empresa Licitante: Altermed Materiais Médico Hospitalares Ltda

Item	Produto Cotado	Marca apresentada	Descrição do Edital	Situação
15	Atadura 10cm	Melhormed	PCTE. Atadura de crepom, 13 fios/cm ² , medindo 10 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 21,8 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Pacotes com 12 unidades.	Classificada
17	Atadura 20cm	Melhormed	PCTE. Atadura de crepom, 13 fios/cm ² , medindo 20 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 42,8 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Pacotes com 12 unidades.	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LICITAÇÃO Nº

CNPJ 11.436.906/0001-70


49 / 2017
PG. 1607

Empresa Licitante: Soma/SC Produtos Hospitalares LTDA

Item	Produto Cotado	Marca apresentada	Descrição do Edital	Situação
41	Compressa de Gaze 7,5cm x7,5cm	Neve	<p>PCTE. Compressa de gaze hidrófila, 13 fios/cm², medindo 7,5 x 7,5 cm quando fechada e 15 x 30 cm quando aberta, não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão, sendo tipo tela, alvejada e hidrofílica, isentas de resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e amido, possuir pH com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofílicidade menor ou igual a 15 segundos, trama fechada, textura uniforme, conforme especificações das normas ABNT NBR 13.843, garantindo a integridade do produto, validade do produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme Portaria Inmetro 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Embalagem plástica com 500 unidades.</p>	Classificada

Empresa Licitante ; Total Health Distribuidora de Materiais para uso Médico EIRELI

Item	Produto Cotado	Marca apresentada	Descrição do Edital	Situação
14	Atadura 06cm	Polarfix	<p>PCTE. Atadura de crepom, 13 fios/cm², medindo 06 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 13,3 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Pacotes com 12 unidades.</p>	Classificada
16	Atadura 15cm	Polarfix	<p>PCTE. Atadura de crepom, 13 fios/cm², medindo 10 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 21,8 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez</p>	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 11.436.906/0001-70

licitação nº

49 / 2017

1608

			adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Pacotes com 12 unidades.	
18	Atadura Gessada 06cm	Ortoplast	CX. Atadura Gessada - 06 cm de largura x 2m de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios/cm ² , 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m ² de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em "s", com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Caixas com 20 unidades.	Classificada
4º	Compressa de Gaze Tipo Queijo	Andreoni Perola	UNID. Compressa de Gaze Tipo Queijo 100% Algodão, isentas de alvejantes ópticos ou corretivos; isentas de amido; com 04 dobras e 08 camadas; 13 fios/cm ² ; em rolos com 91 cm largura e 91 m de comprimento, quando aberta. Embaladas em pacotes com 01 unidade.	Classificada

ENFº Arnaldo G. Munhoz Jr.


COREN/SC 109096

Arnaldo G. Munhoz Jr.

Coren/SC 109096

Francisco José Ramos Dias

Coren/SC 166106



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 11.436.906/0001-70

LICITAÇÃO Nº

49 / 2017

PG. 1676

**Técnico - Análise das Amostras do Registro de Preços para Futuras Aquisições de
Materiais Médico Ambulatoriais.
Pregão presencial nº 49/2017**

Tendo em vista a apresentação das amostras das empresas licitantes, informo que os seguintes produtos cotados pelos mesmos, foram CLASSIFICADOS, por atenderem as exigências do Edital, conforme relação abaixo:

Empresa Licitante: Medicalblu Equipamentos Médicos e Hospitalares EIRELI - ME

Item	Produto Cotado	Marca apresentada	Descrição do Edital	Situação
19	Atadura Gessada 10cm	Polarfix	CX. Atadura Gessada - 10 cm de largura x 3m de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios/cm ² , 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m ² de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em "s", com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Caixas com 20 unidades.	Classificada
20	Atadura Gessada 15cm	Polarfix	CX. Atadura Gessada - 15 cm de largura x 3m de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios/cm ² , 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m ² de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em "s", com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Caixas com 20 unidades.	Classificada devido a marca ser a mesma da anterior, porém a amostra entregue é de atadura gessada de 10cm



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 11.436.906/0001-70

LICITAÇÃO Nº

49 / 2017

1617

Empresa Licitante ; Total Health Distribuidora de Materiais para uso Médico EIRELI

Item	Produto Cotado	Marca apresentada	Descrição do Edital	Situação
21	Atadura Gessada 20cm	Ortoflex	CX. Atadura Gessada - 20 cm de largura x 4m de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios/cm ² , 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m ² de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em "s", com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Caixas com 20 unidades.	Classificada

ENFº Arnaldo G. Munhoz Jr.
COREN/SC 109096

Arnaldo G. Munhoz Jr.
Coren/SC 109096

Francisco José Ramos Dias
Coren/SC 166106