

**Técnico - Análise das Amostras do Registro de Preços de Aquisições de materiais médico ambulatoriais. Pregão presencial n° 92/2018**

Tendo em vista a apresentação das amostras das empresas licitantes, informo que os seguintes produtos cotados pelos mesmos, foram CLASSIFICADOS ou DESCLASSIFICADOS, por não atenderem as exigências do Edital, conforme relação abaixo:

Item	Produto Cotado	Marca apresentada	Descrição do Edital	Desclassificada/Motivo Classificada
19	Atadura de crepom 10cm	MediHouse	<p><b>Pacote</b> Atadura de crepom, 13 fios/cm<sup>2</sup>, medindo 10 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 21,8 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro n° 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Pacotes com 12 unidades.</p>	CLASSIFICADO
20	Atadura de crepom 15cm	MediHouse	<p><b>Pacote</b> Atadura de crepom, 13 fios/cm<sup>2</sup>, medindo 15 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 32,7gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro n° 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Pacotes com 12 unidades.</p>	CLASSIFICADO

21	Atadura de Crepom 20 cm	MelhorMed	<p><b>Pacote</b> Atadura de crepom, 13 fios/cm<sup>2</sup>, medindo 20 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 42,8 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Pacotes com 12 unidades.</p> <p><b>EMPRESA ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.</b></p>	CLASSIFICADO
22	Atadura Gessada 06cm	PolarFix	<p><b>CAIXA</b> Atadura Gessada - 06 cm de largura x 2 m de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios/cm<sup>2</sup>, 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m<sup>2</sup> de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em "s", com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.</p> <p>Caixas com 20 unidades</p> <p><b>EMPRESA ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.</b></p>	CLASSIFICADO
23	Atadura Gessada 10cm	PolarFix	<p><b>Caixa</b> Atadura Gessada - 10 cm de largura x 3 m de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios/cm<sup>2</sup>, 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m<sup>2</sup> de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em "s", com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento</p>	CLASSIFICADO







			<p>de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Caixas com 20 unidades.</p> <p><b>EMPRESA TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.</b></p>	
24	Atadura Gessada 15cm	PolarFix	<p><b>Caixa</b> Atadura Gessada - 15 cm de largura x 3 m de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios/cm<sup>2</sup>, 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m<sup>2</sup> de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em "s", com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.</p> <p>Caixas com 20 unidades.</p> <p><b>EMPRESA TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.</b></p>	CLASSIFICADO
25	Atadura Gessada 20cm	PolarFix	<p><b>Caixa</b> Atadura Gessada - 20 cm de largura x 4 m de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios/cm<sup>2</sup>, 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m<sup>2</sup> de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em "s", com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro</p>	CLASSIFICADO

			do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Caixas com 20 unidades. <b>EMPRESA TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.</b>	
79	Compressa de Gaze 7,5 x 7,5cm	Biotextil	<b>Pacote</b> Compressa de gaze hidrófila, 13 fios/cm <sup>2</sup> , medindo 7,5 x 7,5 cm quando fechada e 15 x 30 cm quando aberta, não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão, sendo tipo tela, alvejada e hidrofílica, isentas de resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e amido, possuir pH com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofílicidade menor ou igual a 15 segundos, trama fechada, textura uniforme, conforme especificações das normas ABNT NBR 13.843, garantindo a integridade do produto, validade do produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme Portaria Inmetro 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Embalagem plástica com 500 unidades. <b>EMPRESA TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.</b>	DECLASSIFICADO DEVIDO AMOSTRA FORA DO PRAZO DE VALIDADE.

Gaspar, 05 de Setembro de 2018.

  
Arnaldo G. Munhoz Jr.  
Enfermeiro  
Coren/SC 109096

  
Francisco José Ramos Dias  
Enfermeiro  
Coren/SC 166106