



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 286/2019
PARECER TÉCNICO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 165/2019

Após análise técnica, em conformidade com o disposto no item 4.2.2.3 do Edital, segue parecer técnico quanto aos itens desclassificados do Pregão Presencial nº 165/2019 | Processo Administrativo nº 286/2019:

| EMPRESA | ITEM | JUSTIFICATIVA |
|---------|------|--|
| BRUMED | 87 | Difere do descritivo no quesito rotação, pois no Edital solicita a partir de 350.000 rpm iniciais e a marca cotada na proposta tem rotação a partir de 420.000rpm. ISO 7785 para torque e ruído, utilizada para fabricação da peça, foi cancelada em Outubro de 2014. Dessa forma, não temos informações sobre torque e ruído. Sem especificação sobre o material de fabricação rolamento interno e peso da caneta. Ao ser questionado para esclarecimento, o representante ausentou-se da sessão sem responder as dúvidas. |
| | 108 | ISO 7785 para torque e ruído, utilizada para fabricação da peça, foi cancelada em Outubro de 2014. Sem informações sobre o número de ciclos de autoclavagem. Ao ser questionado para esclarecimento, o representante ausentou-se da sessão sem responder as dúvidas. |
| | 287 | Sem especificações sobre o tipo movimento, amplitude e frequência de oscilações por minuto. Sem informações sobre o motor. Ao ser questionado para esclarecimento, o representante ausentou-se da sessão sem responder as dúvidas. |
| | 290 | Não atende o descritivo no tipo de sistema do aparelho (pneumo-elétrico). Sem informações sobre o sistema de drenagem do filtro de ar e dos condutores de pó. Ao ser questionado para esclarecimento, o representante ausentou-se da sessão sem responder as dúvidas. |
| | 291 | Não atende o descritivo nos itens: -Modos de operação (gradual, contínuo, pulsante). -Potência Sem informações sobre o material do corpo da caneta, bateria e comprimento de onda. Ao ser questionado para esclarecimento, o representante ausentou-se da sessão sem responder as dúvidas. |
| | 294 | Não atende o descritivo nos itens: -Pintura interna; -Vazão. |
| | 296 | Não atende ao descritivo: -Estofamento da cadeira em poliuretano rígido e poliuretano flexível. O estofamento solicitado é em PVC expandido. -Cadeira Odontológica com as seguintes características: ... Encosto de linhas arredondadas, amplo e envolvente, com curva anatômica e largura aproximada |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GASPAR
CNPJ 83.102.244/0001-02

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| | | de 60 cm (aproximadamente 10%) na região lombar; capacidade para atingir altura mínima de 45 cm e máxima de 90 cm em relação ao solo... Refletor Odontológico multifocal com tratamento multicoating que produz luz fria uniformemente distribuída. |
| | 297 | Representante não estava presente na sessão para responder questionamentos que surgiram sobre o item. |
| | 299 | Sem informações sobre o sistema de refrigeração (Spray para refrigeração por condução interna). Ao ser questionado para esclarecimento, o representante ausentou-se da sessão sem responder as dúvidas. |
| ODONTOBLU | 300 | Não atende o descritivo nos itens: -Velocidade do aparelho entre 150 e 950 RPM. |
| METROMED | 292 | Não atende o descritivo nos itens: -Potência de 1HP (1/3HP); -Vácuo máximo (330mmHg); -Vazão (mínima solicitada é 200l/min e o aparelho cotado possui vazão máxima de 150l/min); -Turbina em nylon (descritivo solicita em bronze) |
| OLSEN | 296 | Não atende o descritivo nos itens: -Base construída em aço maciço; -Capacidade para atingir altura mínima de 45cm e máxima de 90cm em relação ao solo; - Refletor Odontológico multifocal com tratamento multicoating que produz luz fria uniformemente distribuída... Acionamento realizado pelo sensor de aproximação. |
| ALTERMED | 292 e 293 | Não atende o descritivo nos itens "... flange, rotor e tampa em bronze de alta resistência." Os produtos apresentados pela empresa para estes itens possuem turbina em nylon. |
| | 294 | - Sem informações sobre a pintura interna. |
| NOSSA DENTAL | 296 | Não atende o descritivo nos itens: - Encosto da cabeça com movimento longitudinal; - Braços de apoio do paciente fixos; - Equipo não acompanha bandeja removível; - Refletor monofocal, com ajuste da intensidade luminosa no pedal. |
| | 297 | Não atende o descritivo no item. - Estofado revestido em curvim (solicitado estofamento em material rígido). |

LUCIANA GOBBI

Dentista - CRO/SC 10.184
Matrícula nº 8.381
Responsável pelo Parecer Técnico

Gaspar (SC), 11 de março de 2020.