

AO

ESTADO DO SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GASPAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REF.: Edital de Licitação

Pregão Eletrônico : 036/2020  
Processo Administrativo : 179/2020  
Abertura : 09/12/2020 às 09:30 horas  
Objeto : A presente licitação tem por objeto a Aquisição de Equipamentos para Unidade de Terapia Intensiva - UTI, conforme as características descritas no ANEXO I – Termo de Referência e ANEXO II – Proposta de Preços

A empresa **FUJIFILM DO BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ nº **60.397.874/0001-56** e Inscrição Estadual nº **104.028.105.113**, situada a Av. Ibirapuera, 2.315 – Indianópolis – São Paulo –SP cep 04029-200 – Fone /Fax (11) 5091-4929 [daniela.dezzotti@fujifilm.com](mailto:daniela.dezzotti@fujifilm.com), através do Representante Legal Sr. **Wilson Kucharsky, Brasileiro, casado, portador do CPF nº 413.383.918-87 e RG sob o nº 5.307.598 - SSP – SP**, vem TEMPESTIVAMENTE, com fulcro no artigo 41, § 2º da Lei nº 8.666/93, no artigo 5º, inciso XXXIV alínea “a” da Constituição Federal da República e da Relação de itens do edital apresentado:

## IMPUGNAÇÃO

### Dos Fatos

Reza o Edital no **Item 16 – EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL**

Em homenagem à norma-princípio da isonomia e competitividade e conseqüente participação de mais interessados e sem que haja atrapalho à qualidade e eficiência da compra, sugere-se a modificação dos seguintes pontos em amarelo do descritivo:

- Visualização de Imagem em modo B e Doppler colorido simultaneamente e tempo real.
- **Trilplex**

Interface com o usuário:

- Monitor de LCD, LED ou superior, com diagonal mínimo de 10";
- Painel de controle com controles agrupados por aplicação, simples e de fácil interface;
- **Presets** configuráveis por aplicação.

Armazenamento De Imagens:

- Memória Interna Flash Não -Volátil, Não Suscetível a Vibrações Mecânicas, tipo SSD de no **Mínimo 120Gb**, ou HD de no mínimo 500Gb.

- Abaixo as alterações a serem realizadas:

\* **Trilplex:** nossos equipamentos trabalham em modo **Duplex**, e tem alta performance em todos os modos de imagem solicitados

\* **Presets configuráveis por aplicação.:** Nossos presets são pré-definidos pelo fabricante, mas são elaborados por profissionais de referência mundial, oferecendo a melhor qualidade de imagem que o equipamento disponibiliza, para cada estrutura e especialidade.

\* **Mínimo 120Gb, ou HD de no mínimo 500Gb.:** Nossos equipamentos disponibilizam 16GB de capacidade interna de armazenamento em memória Flash Capacidade de armazenamento de mais de 500 pacientes .

**JUSTIFICATIVA:** A SonoSite é líder mundial em ecografia portátil e tem interesse em participar da cotação, contudo aspectos da especificação técnica impedem. Caso estes itens sejam revisados e alterados permitirá a participação, já que o equipamento SonoSite atende plenamente as necessidades clínicas do hospital e os itens que solicitam que não atendemos não prejudica a performance no atendimento do hospital/médico/paciente.

Salienta a impugnante que pretende participar do ITEM 16 oferecendo a marca produto de reconhecida qualidade e adequado as normas reguladoras nacionais, sendo o produto ofertado seguro e reconhecidamente confiável, com preços razoáveis, em obediência ao TIPO DE LICITAÇÃO constante no preâmbulo do Edital, que é de MENOR PREÇO POR ITEM.

Termos que,

Pede deferimento.

São Paulo, 07 de dezembro de 2020.

**Atenciosamente,**  
**FUJIFILM DO BRASIL**  
**CNPJ nº 60.397.874/0001-56**  
**Inscrição Estadual nº 104.028.105.113**  
**Fone / Fax (11) 5091-4179**  
**e-mail: [daniela.dezzotti@fujifilm.com](mailto:daniela.dezzotti@fujifilm.com)**  
**home page: [www.fujifilmamericas.com.br](http://www.fujifilmamericas.com.br)**