

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 257/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2020**De :** Licitações <licitacoes@ilhatec.com.br>

Sex, 11 de dez de 2020 15:25

Assunto : PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 257/2020 -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2020

📎 1 anexo

Para : pregao@gaspar.sc.gov.br

A empresa **IHATEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA**, inscrito no CNPJ nº 00.612.686/0001-71, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JOSÉ ARION ROCHA AMORAS**, brasileiro, pessoa física devidamente registrada com o RG de nº. 8.517.108 e CPF de nº. 913.171.262-20, residente e domiciliado no endereço, cito: Rua Antônio Jovita Duarte, nº 3147, bairro Forquilhas, São José, SC – 88.107-100, vem por meio deste, expor o que segue

IMPUGNAÇÃO - INDÍCIOS DE DIRECIONAMENTO - IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA - DATA SESSÃO 16/12/2020

Sr. Pregoeiro, o descritivo apontado no edital para o item de nº. 299 - vejamos:

Unidade(s)**DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO**

Operação com apenas um botão, inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental, mínimo de 200 choques, orientação por voz e por indicadores luminosos;

- Utilização horizontal ou vertical;
- Gravação de eventos para posterior análise;
- Conexão com PC via USB;
- Choque Bifásico;
- Auto-diagnóstico de funções e bateria;
- Software de conexão, download e gerenciamento de dados via PC;
- Acesso fácil às pás para uso e reposição.

Dimensões: 22,0 cm (L) X 13,0 cm (P) X 29,0 cm (A)

Peso: Aparelho - 2,90 Kg

Bateria interna: Tipo: Li-ion, 14,4 VDC 4,0 A/h

Duração: 10 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco (bateria com carga plena) ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules (bateria em boas condições).

Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 5 horas.

Fonte do carregador da bateria: Rede elétrica 100 – 240V/50-60Hz

Consumo (máximo): Rede elétrica 1 A

Saída: 24 VDC, 1,5 A

Escalas para desfibrilação pré-ajustadas: Adulto: 1º choque 150 J, choques seguintes 200 J,

Infantil: 50 J

Armazenamento da memória interna: 100 eventos ou 2 horas de gravação do ECG

Índice de proteção: IPX0

Classificação: Equipamento Energizado Internamente

Tipo CF

Modo de funcionamento: Operação Contínua
Tempo máximo desde o início da análise do ritmo até a prontidão para descarga: 20s.
Tempo máximo desde o início da operação até a prontidão para descarga na energia máxima: 25s.

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura: Operacional: 0 a 50°C.

Armazenamento: 0 a 70°C.

Umidade: Operacional: 10 a 95% RH, sem condensação.

Armazenamento: 10 a 70% RH, sem condensação.

DEFIBRILADOR forma de onda, Exponencial truncada bifásica. Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente.

Aplicação de choque: Por meio de pás adesivas multifuncionais.

Comandos: Botão Painel frontal - (ligar/desligar)

Escalas para desfibrilação:

Adulto: 150 e 200 J

Infantil: 50 J

Seleção Adulto/Infantil:

Automático pelo tipo de pás.

Comando de carga:

Automático após identificar arritmias chocáveis.

Comando de choque:

Botão no painel frontal, quando piscando.

Tamanho das pás:

Adulto = área: 82 cm².

Infantil = área: 30 cm².

Tensão de saída máxima: 1500 V.

Corrente de saída máxima: 60 A (25 ohms).

Tem indícios de direcionamento para a marca instamed.

Desta feita, impugnamos o mesmo em razão dos princípios basilares do processo licitatório com a finalidade de resguardar o melhor processo legal na aquisição da proposta mais vantajosa para a administração pública.

São os termos que pede e aguarda deferimento.

Agradecemos e aguardamos o seu mais breve retorno.

Informamos que devido à quarentena estamos trabalhando home-office. Em caso de dúvidas, favor contatar (48) 99138-3013

**Atenciosamente,
José Arion**

Back Office Licitações | Ilhatec Produtos e Serv Hospitalares

* Rua São João Batista, 65 – Agronômica – Florianópolis – SC- CEP:88025-230

☎ Phone: +55 (48) 3333 0505

* **E-mail:** licitacoes@ilhatec.com.br **Site:** www.ilhatec.com.br



